



*Se ha identificado un aumento en el riesgo de mortalidad tardía después de usar los balones recubiertos de paclitaxel y endoprótesis liberadoras de paclitaxel para la enfermedad de la arteria femoro-poplitea que comienza 2-3 años después del tratamiento en comparación con los dispositivos no recubiertos de fármacos, No hay certeza en cuanto a la magnitud y al mecanismo del aumento en el riesgo de mortalidad tardía incluido el efecto de la exposición repetida al producto recubierto de paclitaxel. En su caso lo beneficios en caso de emplear estos dispositivos, se consideran superiores a los teóricos inconvenientes.*